



Обновление номера эталона в группах

Что делать, когда после очередной поверки регистрационный номер вашего эталона поменялся? Как обновить его во всех связанных группах?

1. Заходим в средства измерений **СИ**
2. Выделяем одно (несколько) СИ, у которого поменялся номер эталона
3. Переходим во вкладку Дополнительная информация, чтобы посмотреть группы, в которых используется СИ
4. Для удобства двойной щелчок по группе открывает информацию о ней
5. Щелкаем ПКМ по выделенному СИ → Обновить номера эталонов в поверочных группах. Обновление произойдет во всех группах, для всех выделенных СИ

Список средств измерений

Номер карты	Код	Наименование, модификация	Зав. номер	Рег. номер, поверитель	Годен до
12.28-0012	28	Наборы образцовых миллиграммовых гирь 1-го разряда МГО-1-1110	848	5853.77.1P.00689301 ФБУ "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ"	03.10.2023
12.27-0001	27	Автоколлиматоры унифицированные АК-0,5У	0050	5281-76 ФБУ "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ"	25.09.2024
12.28-0011	28	Гири от 1 мг до 20 кг классов точности E1, E2, F1, F2, M1 набор гирь (1 г – 500 г) E1	32525169	52768.13.1P.00961471 ФБУ "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ"	02.10.2024
12.28-0013	28	Гири образцовые Набор гирь ГО1	126	654.50.2P.00961082 ФБУ "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ"	10.10.2024
12.27-0045	27	Призмы многогранные класса точности 0, 1, 2 ПМ18	009-86	9773.84.3P.00709087 ФБУ "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ"	

Обновление номеров во всех группах, где используются выделенные эталоны

Группы, в которых используется эталон
Обновление номеров только в выбранных группах
Используется, если эталон имеет несколько регистрационных номеров по разным ГПС

Обновить в группах

Номер свидетельства	Результат	Организация-поверитель	Эталон		
С-СП/03-10-2023/285735595	ГОДЕН	ФБУ "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ"	52768.13.1P.00961471		
С-ВР/31-08-2021/91058490	ГОДЕН	ФБУ "РОСТОВСКИЙ ЦСМ"	52768.13.1P.38406		
15.09.2020	14.09.2021	09-21-671-20	ГОДЕН	ФБУ "Краснодарский ЦСМ"	52768.13.1P.38406
12.02.2015	12.02.2017	2301-47/2015	ГОДЕН	ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"	

Новый номер эталона

6. Если ваш эталон имеет несколько регистрационных номеров (например, разные статусы по нескольким ГПС), то выделяем необходимые группы в правой части экрана и нажимаем Обновить в группах

Комета даст выбрать необходимый номер эталона для указанных групп

7. На этом процедура обновления завершена. В большинстве своем заключается она в выполнении пунктов 1, 2 и 5 (если номер эталона у СИ единственный). После этого все связанные группы становятся актуальными. Можно продолжать их использование для мгновенного оформления поверок.