



## Контекстное меню

При щелчке правой кнопкой мыши по таблице собственных средств появится контекстное меню (КМ).

Для разных категорий средств оно будет содержать разный набор команд (для СИ – один набор, для ГСО – другой).

Вы можете выбрать несколько строк таблицы (удерживая Shift, Ctrl или просто перетаскивая мышью с зажатой кнопкой) и вызвать КМ. Тогда команды на изменение или удаление из КМ применятся только для выделенных объектов.

Номер	Наименование	ГПЭ	Статус
3.6.БЖТ.0004.2017	Эталон единицы массы 3 разряда в диапазоне значений от 1 г до 1 кг	гэт3-2020	Действует
3.1.ЗВЗ.1008.2022	-	гэт138-2021	Действует
3.1.ЗБН.2929.2022	Государственный рабочий эталон единицы длины 3 разряда в диапазоне значений от 0,001 до 50 м		Действует
3.1.ЗАЭ.0340.2015	ГРЭ единицы частоты в диапазоне значений от 0,001 до 1999999,999 Гц	гэт1-2022	Аннулирован
3.1.ЗАУ.1524.2022	Государственный рабочий эталон единицы мощности электромагнитных колебаний 2 разряда в диапазоне значений от 1 до 10 мВт в диапазоне частот от 3,0 до 5,5 ГГц		Действует
3.1.ЗТТ.0034.2022	Государственный рабочий эталон единицы длины 2 разряда в диапазоне значений от 0 до 200 мм	гэт2-2021	Действует
3.1.ЗТТ.0033.2022	Государственный рабочий эталон единицы силы света с номинальными значениями 100, 500, 1500 кд, единицы освещенности в диапазоне значений от 1,5 до 1·10 <sup>[^5]</sup> лк непрерывного излучения и яркости в диапазоне от 1·10 <sup>[^-2]</sup> до 5·10 <sup>[^4]</sup> кд/м <sup>[^2]</sup>	гэт5-2012	Действует
2.7.АИА.0010.2022	Вторичный эталон единиц массы и объема жидкости в потоке в диапазоне значений от 0,02 до 0,4 т (м <sup>3</sup> ), единиц массового и объемного расходов жидкости в диапазоне значений от 1,8 до 40 т/ч (м <sup>3</sup> /ч)	гэт63-2019	Действует

При назначении отделов нужно задавать их номер, а не название. Номер отдела можно посмотреть или задать в справочнике *Структурные подразделения*. Можно перечислить номера отделов через запятую.

Номера отделов

Введите номер отдела (отделов через запятую)

10, 12

Сохранить Отмена

Принадлежность

- + Отдел поверки и калибровки механических и геометрических СИ (12)
- Отдел поверки и калибровки теплотехнических и физико-химических СИ (10)

Когда назначаете ответственного, достаточно указать только его фамилию (конечно если в справочнике с такой фамилией только один человек).